

Secretaria Municipal de Saúde Itacambira- MG

Itacambira, 07 de novembro de 2022.

Em relação à documentação recebida, de requerimentos administrativos de pedido de impugnação referente ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0117/2022 / PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2022, DO OBJETO: “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITACAMBIRA MG”, pela empresa Cirúrgica João Produtos Médico-Hospitalares Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 64.440.688/0001-03, com sede na avenida Afonso Pena, 391– Bairro Centro, Montes Claros – MG CEP 30.400-098, esclarece-se:

Da alegação da referida empresa:

II – DAS RAZÕES PARA A RETIFICAÇÃO DO DESCRITIVO DO EDITAL

A. DO DIRECIONAMENTO DA MARCA E NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO – ITENS 140 E 298

Verifica-se que o Edital, nos itens 140 e 298, exige em seus respectivos descritivos que as fitas/tiras reagentes sejam compatíveis com os glicosímetros modelos Accu-Chek Active® e OnCall® Plus, conforme se verifica:

0140	FITA TIRA P/GLICOSE ACCU-CHEK ADVANTAGE (ACTIVE0): Accu-Chek Active é uma linha de tiras de glicemia, desenvolvida pela Roche, para que as pessoas possam testar seus níveis de açúcar no sangue.	CX	800,00	83,78	
------	--	----	--------	-------	--

0298	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICOSE:: Tira reagente para glicosímetro, compatível com o aparelho ON CALL PLUS, embalagem individualizada, caixa com 50 unidades.	CX	500,00	50,50	
------	---	----	--------	-------	--

Ocorre que referidas disposições restringem a participação de diversas licitantes, e vão de encontro ao que dispõe a lei de licitações, que preve:

Da análise da Secretaria de Saúde:

A secretaria de saúde procedeu a revisão e os estudos detalhados sobre as características do objeto, e especificação técnica. Baseando-se na análise das informações das configurações permitidas e não permitidas, especificações sugeridas pelo Ministério da Saúde e outras informações relacionadas aos itens.

Do resultado da análise

A administração entende que há no mercado diferentes marcas com diferentes características do produto. Mas a partir da demanda municipal contida no objeto de licitação identificado no referido pleito, consultando especialistas que utilizarão os materiais e analisando a literatura vigente e toda documentação citada, e as especificações quanto ao produto, a secretaria entende que a descrição do produto atende à demanda municipal para o uso na atenção primária, além de garantir a utilização de aparelhos pré-existentes no município com larga utilização pelos profissionais do município e com alto nível de confiabilidade, atendendo assim o pleito municipal e gerando eficácia e economia aos munícipes.

Secretaria Municipal de Saúde